

**DESCRIPÇÃO E CARACTERÍSTICAS**


- Luvas de exame, feitas de nitrila roxa. Com pontas dos dedos microtexturadas para garantir uma melhor aderência.
- São muito resistentes e seguros.
- Adequado para contato com alimentos
- Ambidestro
- AQL 1.5
- Prazo de validade: 5 anos

**USOS E INSTRUÇÕES DE USO**

Equipamentos de proteção destinados ao uso médico, terapêutico, alimentar e industrial.

Não contém látex. Antes de calçar a luva, verifique se ela não apresenta defeitos; coloque sua mão dentro dela e ajuste a pegada na mão suavemente. Uso individual somente; descarte de acordo com os regulamentos em vigor.

Conservar em local seco e fresco, evitando a luz.

**NORMATIVO**

Classe I: Dispositivo médico de acordo com EN 455 1/2/3/4, Diretiva DM 93/42 / CEE e Padrão Americano ASTM D6319

Classe III: Equipamento de proteção individual de acordo com as normas EN 420, EN 374/1 Tipo B e EN374 / 5, EN388 e Regulamento da UE 2016/425.

**CARACTERÍSTICAS**

Referência	Tamanho	Conteúdo distribuidor	Unidades por comprimento em cartão	Unidades por largura em milímetros		Espessura mínima em mm (+/- 0,02)	
				milímetros	milímetros	Dedo	Mão
28501	XS	100 unidades	10	240	≤ 80	Mín. 0,10	Mín. 0,11
28502	S	100 unidades	10	240	80 ± 10	Mín. 0,10	Mín. 0,11
28503	M	100 unidades	10	240	95 ± 10	Mín. 0,10	Mín. 0,11
28504	eu	100 unidades	10	240	110 ± 10	Mín. 0,10	Mín. 0,11
28505	XL	100 unidades	10	240	≥110	Mín. 0,10	Mín. 0,11

**Antes de envelhecer**
**Resistência**
**Min. 6N**
**Elasticidade**
**600%**
**Depois de envelhecer**
**Resistência**
**Min .6N**
**Elasticidade**
**500%**
**CONTATE-NOS**

**ICEMEDICS**

Calle los Verdiales 28, Valdemoro (Madrid) (+34) 910 376 792 - [administracion@icemedics.com](mailto:administracion@icemedics.com)